

Detailergebnisse Neugeborenenhörscreening

Geburtsdatum 08.02.2023

Patientenname **Test, MackTeam**

Patienten-ID: **0815**
Geschlecht: Weiblich
Intensivstation:



Rechts

Links

TEOAE

Ergebnis	Unauffällig	Dauer	00:00:04
Datum	08.02.2023	Zeit	12:49:05
Gerät	3040737	FW	9713
Sonde	2018108	Kalibrierung	08.02.2024
Gerätename	AccuScreen 3040737	Untersucher	n.z.

ERGEBNIS

KALIBRIERUNG

Rauschen: Abschnitte: 33
 Fortschritt:
 TEOAE:

TEOAE

Ergebnis	Unauffällig	Dauer	00:00:09
Datum	08.02.2023	Zeit	12:49:22
Gerät	3040737	FW	9713
Sonde	2018108	Kalibrierung	08.02.2024
Gerätename	AccuScreen 3040737	Untersucher	n.z.

ERGEBNIS

KALIBRIERUNG

Rauschen: Abschnitte: 125
 Fortschritt:
 TEOAE:

ABR35

Ergebnis	Unauffällig	Dauer	00:01:06
Datum	08.02.2023	Zeit	12:45:46
Gerät	3040737	FW	9713
Sonde	2018108	Kalibrierung	08.02.2024
Gerätename	AccuScreen 3040737	Untersucher	n.z.

ERGEBNIS

KALIBRIERUNG

EEG: Widerstand: 4kΩ 8kΩ
 Fortschritt: Abschnitte: 4654
 ABR:

ABR35

Ergebnis	Unauffällig	Dauer	00:00:41
Datum	08.02.2023	Zeit	12:46:40
Gerät	3040737	FW	9713
Sonde	2018108	Kalibrierung	08.02.2024
Gerätename	AccuScreen 3040737	Untersucher	n.z.

ERGEBNIS

KALIBRIERUNG

EEG: Widerstand: 4kΩ 9kΩ
 Fortschritt: Abschnitte: 2663
 ABR: